



Servicio Nacional de Aduanas
 Dirección Nacional
 Subdirección Fiscalización
 Depto. Laboratorio Químico

Anexo 94-43

Hoja de Registro N° 4:
Planilla de verificación de peso de la balanza para determinación de humedad


BALANZA CÓDIGO: _____ CAPACIDAD: _____ UBICACIÓN DE BALANZA: _____
 SELLO CALIBRACIÓN: _____ FECHA ÚLTIMA CALIBRACIÓN: _____
OBSERVACIONES: _____

NOMBRE	FECHA	HORA	CÓDIGO MASA PATRÓN	PESO TEÓRICO MASA PATRÓN	MASA P1 ¹³	MASA P2 ¹³	MASA P3 ¹³	MASA P4 ¹³	MASA P5 ¹³	INTERVALO DE ACEPTACIÓN	ESTADO ¹³

 NOMBRE, FIRMA Y RUT SUPERVISOR

 NOMBRE, FIRMA Y RUT PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ACTIVIDAD

¹³



- P1** : Posición esquina superior izquierda de la balanza
- P2** : Posición esquina superior derecha de la balanza
- P3** : Posición esquina inferior derecha de la balanza
- P4** : Posición esquina inferior izquierda de la balanza
- P5** : Posición central de la balanza

Estado : Si el valor registrado de las masas patrones se encuentra en los intervalos de incertidumbre definidos se debe escribir "ACEPTADO", de lo contrario será "RECHAZADO"

